

ECMO KANYLERING VUXEN

Ta fram ur kirurgväskan; ECMO "bulle"

Instrumentgaller

Förberedd påse med suturer för vuxen

1 st 75a

4 st stora Tegaderm, till förband.

1 st Ultraljudsstrumpa och steril gel

1-2 st Micropunktions set, fråga om storlek.

500ml NaCl

Om inte patienten är transportabel till ett operationsbord sker kanyleringen i IVA sängen, förflytta då patienten lite åt höger i sängen för lättare åtkomst (oftast sker kanyleringen i höger ljumske och till höger på halsen, kirurgen informerar er om det).

Kirurgen plockar fram kanyler, dilatationsset och ledare. Viktigt att hålla koll på ledaren under kanyleringen så den inte åker ut.

Diatermiplattan placeras på patientens mage.

Förtvätta gärna med Descutan (finns i locket på kirurgväskan), sedan används Klorhexidinsprit 5mg/ml som huddesinfektion.

Fyll sprutorna från ECMO "bullen" med NaCl, används för att spola ECMO kanylerna.

Bilder nedan på uppdukning och drapering av patienten.

